

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 474

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / annamo@onkol.kielce.pl

IZP.2411.67.2025.AM

Kielce, dn. 28.04.2025 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dot.: postępowania na zakup wraz z dostawą odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego dla Zakładu Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Dotyczy zapisów SWZ Rozdział V Wykaz oświadczeń i dokumentów punkty 8, 9 i 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego przez wykonawcę posiadania wymienionych w niniejszych punktach dokumentów z jednoczesnym zobowiązaniem się okazania ich na każde żądanie Zamawiającego i jednocześnie wyrażenie zgody na korzystanie on-line przez Zamawiającego z tych dokumentów poprzez intuicyjną stronę internetową wykonawcy. Jednocześnie wykonawca wyżej wymieniony oświadczeniu podałyby Zamawiającemu link do strony internetowej?
Ad1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2. Dotyczy formularza cenowego: wymogu okresu oferowanych wyrobów oraz parametry graniczne pkt. 28.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli z 6 m-cy na min. 4 m-ce?
Ad2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3. Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.
Ad3. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę.
4. Dotyczy pkt. 7 par. 2 projektu umowy dostawy
Prosimy o zmianę zapisu na: "Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, przy czym 80% przedmiotu zamówienia jest gwarantowany do realizacji".
Uzasadnienie: minimum realizacji ustalone na zbyt niskim poziomie (50%) stoi w sprzeczności z celem przepisu art. 433 pkt 4 PZP.
Ad4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
5. Dotyczy pkt. 1b par. 6 projektu umowy dostawy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach:

- a. w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy netto,*
- b. w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,05%** wartości zamówionej dostawy netto, licząc za każdy dzień zwłoki”*

Ad5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Dotyczy pkt. 30 Załącznik nr 2 A do SWZ – Zestawienie parametrów i warunków technicznych
Czy Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania FT3, DHEAS oraz TRAb, w przypadku których stabilność na pokładzie analizatora wynosi odpowiednio 28 dni, 27 dni oraz 7 dni?

Ad6. Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pkt. 38 Załącznik nr 2 A do SWZ – Zestawienie parametrów i warunków technicznych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do TSH, którego czułość analityczna wynosi 0,0026 µIU/ml?

Ad7. Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy pkt. 39 Załącznik nr 2 A do SWZ – Zestawienie parametrów i warunków technicznych
Czy Zamawiający dopuści test do oznaczania PTH (intact), którego czas wykonania wynosi 18 minut?

Ad8. Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy pkt. 40 Załącznik nr 2 A do SWZ – Zestawienie parametrów i warunków technicznych
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do testosteronu o zakresie pomiarowym do 18,62 ng/ml?

Ad9. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Mariusz Klimczak