

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3C
Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 280
<http://www.onkol.kielce.pl/>
zampubl@onkol.kielce.pl, agnieszkajan@onkol.kielce.pl

Kielce, dn. 30 kwietnia 2025 r.

IZP.2411.82.2025.AJ

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania na zakup i dostawę sprzętu medycznego

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Dot. OPZ, Zad. 2, pkt. 1a-1b

Czy Zamawiający dopuści komorę, spełniającą normy:

- PN-EN 12469 dotyczącą komór II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego
 - DIN 12980 dotyczącą komór do cytostatyków,
- co zostanie poświadczane deklaracją zgodności producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Dot. OPZ, Zad. 2, pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści komorę o głębokości zewnętrznej 85,5 cm.

Głębokość zewnętrzną będzie można zredukować do 79 cm na potrzeby transportu przez otwory drzwiowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3

Dot. OPZ, Zad. 2, pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości otworu roboczego 200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4

Dot. SWZ

Prosimy Zamawiającego o określenie drogi transportowej do miejsca docelowego dla komory. Czy będzie konieczność wnoszenia urządzenia po schodach?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności wnoszenia po schodach. Dostępna jest winda.

Pytanie 5

Dot. Zadania nr 2: Zakup i dostawa komory laminarnej – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza komorę, która posiada przestrzeń roboczą okna frontowego 200mm? Większa przestrzeń robocza powoduje konieczność zwiększenia przepływu powietrza w komorze co przekłada się na większy hałas i większe zużycie energii. Takie rozwiązanie w konsekwencji wpływa negatywnie na komfort pracy i koszty eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6

Dot. Zadania nr 3: Zakup i dostawa chłodziarek laboratoryjnych – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar półki wysuwanej 49x60cm? Jest to wymiar minimalnie szerszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7

Dot. Zadania nr 4: Zakup i dostawa wirówki bez wyposażenia – 1 szt. oraz wirówek z chłodzeniem – 2 szt.

Wirówka bez wyposażenia – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę, która posiada 9 charakterystyk rozpędzania oraz 10 charakterystyk hamowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Dot. Zadania nr 4: Zakup i dostawa wirówki bez wyposażenia – 1 szt. oraz wirówek z chłodzeniem – 2 szt.

Wirówka z chłodzeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę która posiada zakres regulacji temperatury chłodzenia w zakresie min. -10 ÷ +40 stopni Celsjusza?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9

Dot. Zadania nr 4: Zakup i dostawa wirówki bez wyposażenia – 1 szt. oraz wirówek z chłodzeniem – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę, która posiada 9 charakterystyk rozpędzania oraz 10 charakterystyk hamowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10

Dot. Zadania nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza powierzchnię półek 46x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 11

Dot. załącznika nr 4f do SWZ, Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

Czy zamawiający dopuści chłodziarki o wysokość zewnętrznej 1860 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 12

Dot. załącznika nr 4f do SWZ, Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

Czy zamawiający dopuści chłodziarki gdzie powierzchnia użytkowa półek wynosi: 440x410 mm?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 13

Dot. załącznika nr 4f do SWZ, Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści chłodziarki wyposażone w dwie rolki i dwie nóżki poziomujące?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 14

Dotyczy Zadania 1 – Fotel terapeutyczny – 8 sztuk

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny, który posiada pilot przewodowy do regulacji ustawień fotela odporny na zalania o stopniu ochrony IP X6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 15

Dotyczy Zadania 1 – Fotel terapeutyczny – 8 sztuk

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel terapeutyczny, który posiada materac bez możliwości zdjęcia i umycia, natomiast posiada tworzywowe osłony segmentu oparcia pleców, siedziska, podłokietników oraz podnóżka, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń pod tapicerkę i łatwe jej czyszczenie bez konieczności demontażu?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 16

Zadanie nr 3: Zakup i dostawa chłodziarek laboratoryjnych – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści pojemność 1195 litrów brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 17

Zadanie nr 3: Zakup i dostawa chłodziarek laboratoryjnych – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 600x490 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 18

Zadanie nr 3: Zakup i dostawa chłodziarek laboratoryjnych – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 710x490 mm?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 19

Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 575*480 mm i pojemność netto 416 litrów?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 20

Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 485*470 mm i wysokość 1790 mm przy pojemności brutto 394 litry?

Odpowiedź:

Nie, zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 21

Zadanie nr 6: Zakup i dostawa szaf chłodniczych medycznych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści kołka z hamulcem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak*